A4	REDATTO:	CONTROLLATO:	VERIFICATO:	APPROVATO:
	UT	R&S	RA	RT
DATA ORIGINALE:	07/09/21	07/09/21	07/09/21	07/09/21

QUOTE LINEARI SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SCOSTAMENTI LIMITE AMMESSI

Gruppi dimensioni:	Tolleranze mm:
1...18	±0.1
>18...80	±0.15
>80...250	±0.25
>250	±0.35

ProFab:	----
ProCal:	----
ProCol:	----

Questo disegno contiene informazioni confidenziali, esclusivamente riservate ai suoi destinatari / Non stampare se non necessario / This communication contains confidential information intended only for its addressee(s). Please dont print if not necessary

Descrizione:
Sensore particolato PM2.5 + PM10, uscita RS-485 Modbus, alim. 24 Vcc 2,1 A / Particulate matter sensor PM2,5+PM10,out RS-485 Modbus, power in. 24 Vdc 2,1A

Materiale: ---

FATTORE DI SCALA 1:2

n° dis.: DISACC210094 Rev.: -

Cod. prodotto: PRPMA1102

Indice di revisione	Data	Modifica effettuata	Indice di revisione	Data	Modifica effettuata
a	---	---	d	---	---
b	---	---	e	---	---
c	---	---	f	---	---

A-Log / Pluvi-ONE		PRPMA1102	
27	Data +	13	A
28	Data -	14	B
29	Gnd	15	Gnd





Tutte le informazioni ed il manuale utente possono essere scaricate dal sito WWW.LSI-LASTEM.COM / All information and the user manual can be downloaded from website WWW.LSI-LASTEM.COM